
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN SERVICE, DI SISTEMI COMPLETI PER CHIRURGIA DELLA CATARATTA E VITREORETINICA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALL'ASL DI TERAMO.

N. GARA SIMOG 7131170

**RISPOSTE AI QUESITI POSTI DAGLI OPERATORI ECONOMICI PERVENUTI ENTRO IL TERMINE PREFISSATO DEL
3.10.2018 ore 14:00**

Note di Chiarimento

QUESITO N. 1

- 1) ... in base alla gara sopraindicata siamo a richiedere se è possibile partecipare con un'offerta alle singole voci che compongono un lotto (per esempio lotto n. 1 voce 2 -3) oppure la partecipazione deve avvenire a lotto unico ed indivisibile?

L'aggiudicazione è a lotto unico.

QUESITO N. 2

- 1) In riferimento all' allegato 3 " Allegato Tecnico" Lotto 1: voce 1, nella descrizione dell'apparecchiatura viene inserita anche la voce relativa al materiale monouso, a differenza del Lotto 2 dove i prodotti vengono descritti e quantificati a parte. Trattasi di refuso? In caso affermativo, potete indicarci i relativi dati? Quali fabbisogno, base d'asta, etc.

Trattasi di refuso.

Vedi "ALLEGATO TECNICO" ripubblicato.

- 2) In riferimento al dispositivo vitrectomo anteriore disposable, di cui al lotto 1 - voce 1, non essendo quest'ultimo un prodotto utilizzato di routine negli interventi, è da considerarsi un refuso?

Trattasi di refuso.

Le ditte dovranno comunque assicurarne la fornibilità al fine di garantire la gestione di eventuali complicanze che dovessero insorgere in sala operatoria.

QUESITO N. 3

- 1) Chiediamo informazioni in merito alla procedura in oggetto ed in particolar modo vorremmo chiedere se la gestione in service riguarda tutti i lotti (LOTTO 3 compreso)?

La gestione in service riguarda solo i lotti n. 1 e n. 2

- 2) Per quanto riguarda il LOTTO 3 ... chiediamo chiarimenti come di seguito andiamo ad indicare:
- a. Telo copri tavolo: DIMENSIONI
 - b. Vassoio plastico: DIMENSIONI
 - c. Telo oftalmico: DIMENSIONI DEL FORO
 - d. Garze: in TNT
 - e. Siringa 1ml: LUER LOCK O LUER SLIP
 - f. Marcatore 3-4mm: E' POSSIBILE OFFRIRE 3.5-4MM?
 - g. Blefarostato: VALVE APERTE O CHIUSE?

- a. **Telo copri tavolo: 75x100cm circa**
- b. **Vassoio plastico: volume interno almeno 25x23cm**
- c. **Telo oftalmico: dimensioni foro 6x9cm**
- d. **Garze: garze tessute, assorbenti, non in TNT**
- e. **Siringa 1ml: attacco luer lock**
- f. **Marcatore: si conferma 3 – 4 mm**
- g. **Blefarostato a valve chiuse**

- 3) Chiediamo se debba essere previsto il sopralluogo della struttura sempre in merito al LOTTO 3.

Non è previsto il sopralluogo.

QUESITO N. 4

- 1) La presente per richiedere i seguenti chiarimenti:
- a. Quando vengono prodotte le referenze bancarie in originale cartacee andranno poi anche controfirmate dal Legale rappresentante?
 - b. Tutta la documentazione tecnica cartacea deve essere firmata dal Legale rappresentante?
 - c. Tutta la documentazione tecnica da produrre su formato digitale andrà firmata digitalmente?
 - d. Sulle varie offerte economiche da presentare va applicato il bollo?
 - e. Sulla documentazione economica da presentare in formato elettronico andrà apposta la firma digitale?

- a. **Non è necessario.**
- b. **Si.**
- c. **Si.**
- d. **Si.**
- e. **Si.**

QUESITO N. 5

- 1) La presente per richiedere i seguenti chiarimenti:
- a. Per blefarostato a molla si intende a vite oppure monofilamento?
 - b. ... potete confermare che il marcatore richiesto è da 3 e 4 mm e non 3,5mm e 4 mm?

- a. **Il blefarostato a molla dovrà essere monofilamento.**
- b. **Si conferma quanto scritto nel capitolato tecnico.**

QUESITO N. 6

- 1) La presente per richiedere i seguenti chiarimenti:
- Il modello tracciato offerta va stampato e compilato anche cartaceo o solo in excel con firma digitale?

Il modello tracciato offerta va compilato in excel, prodotto solo su supporto informatico con firma digitale.

QUESITO N. 7

- 1) Relativamente alla procedura in oggetto, si richiede cortesemente il seguente chiarimento:
Relativamente al modulo dell'offerta economica messo a disposizione dalla stazione Appaltante, e premettendo che la fornitura è quinquennale: è corretta la dicitura nella colonna "quantità presunta biennale"? e la successiva "totale complessivo per quantità presunta biennale"? in quanto nello schema del capitolato tecnico viene riportata la quantità "annuale". Questo anche per conoscere la corretta compilazione del totale del valore del lotto da inserire (annuale, biennale o quinquennale).

Trattasi di rifiuto. Si allega file "modello offerta economica" corretto.

QUESITO N. 8

- 4) Relativamente al lotto n. 2 voce n. 15, e nello specifico i prodotti "Pick illuminato da 27g" si richiede l'eliminazione del suddetto articolo poiché, per quanto a nostra conoscenza, il prodotto richiesto risulta essere inesistente sul mercato; precisamente, è impossibile inserire un pick e una fibra ottica in un lume così ridotto come quello da 27 g.

La mancata presentazione di detto prodotto non costituirà motivo di esclusione.

Teramo, lì 08.10.2018